インスリンペン型注入器

イタンゴ®の正しい使い方

らくらくマニュアル

高度管理医療機器
承認番号：22000BZX00174000
A型専用注射針用

このマニュアルは、イタンゴの操作方法を簡単にまとめた説明書です。
ご使用にあたっては、取扱説明書をあわせてお読みください。

イタンゴ®

イタンゴは、ランタス®注カート、アピドラ®注カート専用のインスリンペン型注入器です。
イタンゴは、ブラックとマットゴールドの2色あります。どちらの色のイタンゴも操作方法は同じです。



ダイアル表示の見方

イタンゴは1単位ずつ、単位設定することができます。

インスリンカートリッジ

本品専用のインスリンカートリッジを使用してください。



上記2種のインスリンカートリッジを処方されている場合には、
各々の製剤ごとに専用の注入器をお使いください。

使い捨て注射針

JIS T 3226-2に準拠したA型専用注射針
を使用してください。



インスリンカートリッジおよび使い捨て注射針は、イタンゴには付属していません。

インスリンカートリッジを取りつける場合には6ページの「インスリンカートリッジの取りつけ」を参照してください。

注射針の取りつけ

注射のたびに毎回、新しい注射針を使用してください。

1

① キャップをはずし消毒する

② はがす

2

① 注射針をまっすぐさし込む



② 回してしっかり取りつける



空打ち①

空打ちは、毎回、注射の直前およびインスリンカートリッジの交換後に必ず行ってください。

3

回して「2」に設定

回しすぎた場合は、逆に回す。

4



① 引っぱってはずす



② 引っぱってはずす

空打ち②

5

6



単位の設定

7

8

回しすぎた場合は、逆に回す。

注射

9

10

11



12



後かたづけ

使用済みの注射針および使用済みのインスリンカートリッジは、主治医の指示に従い、危険のないように廃棄します。

13



14



インスリンカートリッジの交換

インスリンカートリッジの交換時期

ゴムピストンの先端がインスリンカートリッジのカラー帯にかかったら新しいインスリンカートリッジに交換する目安です。



1



2

インスリンカートリッジの取りつけ6ページの2へすすむ

インスリンカートリッジの取りつけ

1



2



3



4



サノフィ・アベンティス 糖尿病関連医療機器サポートダイアル

操作方法を24時間365日サポート

オプチコール24

0120-49-7010 ヨクナレ糖

イタンゴ®をはじめサノフィ・アベンティスの糖尿病関連医療機器の操作方法に関するご質問に、専任のスタッフが24時間365日、いつでもサポートします。

R100 PRINTED WITH SOY INK
この印刷物は古紙配合率100%の再生紙を使用し、大豆油インキで印刷しています。

製造販売：サノフィ・アベンティス株式会社
〒163-1488 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

ITG003D JP.ITG.10.07.02